Menicon

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU UŻYCIA. PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ. NIEWŁAŚCIWA PIELĘGNACJA SOCZEWEK KONTAKTOWYCH MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE PROBLEMY OKULISTYCZNE.

RE AQUA® jest jednobutelkowym wielofunkcyjnym/ dezynfekującym płynem, który służy do czyszczenia, spłukiwania, kcji, przechowywania, usuwania osadów białkowych i nawilżania wszystkich miękkich soczewek kontaktowych. Izotoniczny, antymikrobowy/antybakteryjny* roztwór zawiera: polyhexanide 0,0001% (składnik aktywny i konserwujący), HydroLock* thenol i sorbitol), sodium phosphate, tromethamine, poloxamer 407 i disodium edetate.

] Produkowany w warunkach aseptycznych. Antybakteryjny pojemnik na soczewki MicroBlock® zawiera srebro. ny przeciw drobnoustrojom i mikroorganizmom określonym w normie ISO 14729

UKCJA UŻYCIA

okładnie umyj ręce i wytrzyj je czystym ręcznikiem

tworz pojemnik na soczewki

ejmij soczewkę z oka i umieść ją w zagłębieniu dłoni

a każdą stronę soczewki nanieś przynajmniej po 3 krople płynu SOLOCARE AQUA* (rys.1)

yczyść soczewkę delikatnie ją pocierając palcem ruchami okrężnymi przez minimum 10 sekund

okładnie wypłucz soczewkę płynem SOLOCARE AQUA* delikatnie pocierając ją między ciukiem a palcem wskazującym przez minimum 10 sekund (rys.2)

mieść soczewkę w komorze pojemnika i napełnij ją świeżym płynem SOLOCARE AQUA* o poziomu oznaczonego linią

kręć komorę pojemnika, tak by była szczelna

owtórz powyższą procedurę dla drugiej soczewki

OZOSTAW SOCZEWKI W PŁYNIE NA CO NAJMNIEJ 5 MINUT

oje soczewki mogą być teraz założone bezpośrednio na oczy

ylej zużyty płyn z pojemnika na soczewki, przepłucz go płynem SOLOCARE AQUA* i zamknij do następnego życia

żeli soczewki były przechowywane w płynie SOLOCARE AQUA* dłużej niż 30 dni, to przed ich założeniem ylej płyn z pojemnika na soczewki, powtórz proces czyszczenia mechanicznego oraz zdezynfekuj soczewki płynie SOLOCARE AQUA* przez przynajmniej 5 minut

WWSKAZANIA (kiedy nie należy używać)

e stosuj w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników lub alergii na srebro lub inne metale

gdy nie stosuj płynu SOLOCARE AQUA* do dezynfekcji termicznej

I OSTROŻNOŚCI

e stosuj płynu po upływie terminu ważności

e używać produktu po raz pierwszy, jeśli pierścień bezpieczeństwa jest uszkodzony.

kręcaj butelkę po każdym użyciu

E STOSUJ PŁYNU O ILE BUTELKA OTWARTA JEST DŁUŻEJ NIŻ 3 MIESIĄCE 3M

e dopuszczaj do kontaktu zakończenia butelki z innymi powierzchniami, gdyż może to spowodować zanieczyszczenie płynu

ymieniaj pojemnik na soczewki z każdą nową butelką SOLOCARE AQUA*

zechowuj w temperaturze poniżej 25°C 25°C

zed zmianą systemu do pielęgnacji skonsultuj to ze swoim specjalistą

żdy poważny incydent, który wystąpił w związku z wyrobem, powinien zostać zgłoszony producentowi oraz właściwemu ganowi państwa członkowskiego, w którym mieszka użytkownik lub pacjent.

EŻENIA

ywaj tylko świeżego płynu SOLOCARE AQUA* – nigdy nie stosuj płynu z pojemnika na soczewki dwukrotnie, gdyż nie pewnia on skutecznego działania

GDY nie przelewaj płynu SOLOCARE AQUA* do innych pojemników

GDY nie rozcieńczaj i nie mieszaj płynu SOLOCARE AQUA* z żadnymi innymi płynami, gdyż to spowoduje utratę jego właściwości

GDY NIE DOPUSZCZAJ DO KONTAKTU SOCZEWEK KONTAKTOWYCH Z NIE STERYLNĄ WODĄ (RÓWNIEŻ WODĄ BIEŻĄCĄ), OY2 MOŻE TO SPOWODOWAĆ ZAKAŻENIE, KTÓRE MOŻE DOPROWADZIĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA OKA

E ZASTĘPUJ SKŁADNIKÓW SYSTEMU SOLOCARE AQUA* ELEMENTAMI INNYCH SYSTEMÓW PIELĘGNACYJNYCH. DOTYCZY RÓWNIEŻ POJEMNIKA NA SOCZEWKI

ZECHOWUJ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

zed użyciem leków okulistycznych w trakcie noszenia soczewek kontaktowych, skonsultuj się z okulistą

JE NIEPOŻĄDANE

padku pojawienia się nie ustępującego dyskomfortu lub podrażnienia zdejmij soczewki, przerwij ich użytkowanie i tuj się ze specjalistą.

NIK MicroBlock®

kteryjny pojemnik MicroBlock® może z czasem ulec niewielkiemu odbarwieniu; ta zmiana koloru nie wpływa na jego ność antymikrobową.

OLOCARE AQUA* dostępny jest w opakowaniach 90 ml i 360 ml, włącznie z pojemnikiem na soczewki.

TENTO LETÁK OBSAHUJE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O POUŽITÍ PRODUKTU A BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY. STAROSTLIVO SI HO PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE MOŽNÉ BUDÚCE POUŽITIE. NESPRÁVNE POUŽITIE PRODUKTU NA STAROSTLIVOSŤ O KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY MÔŽE VIESŤ K VÁŽNYM PROBLÉMOM S OČAMI.

ARE AQUA* je jednozložkový viacúčelový / dezinfekčný roztok, ktorý čistí, oplachuje, dezinfikuje, uchováva, uje proteíny a lubrikuje všetky mäkké kontaktné šošovky. Izotonický, vodný anti-mikrobiálny / anti-bakteriálny* roztok je: polyhexanide 0,0001% (aktívna prísada a konzervačná zložka), HydroLock* (dexpanthenol a sorbitol), sodium ate, tromethamine, poloxamer 407, disodium edetate.

] Spracovaný aseptickými technikami. MicroBlock® antibakteriálne púzdro na šošovky obsahuje striebro. ny proti očným-patologickým baktériám uvedených v ISO 14729

na použitie

nyte si ruky a osušte čistým uterákom

tvorte púzdro na šošovky.

yberte šošovku z oka a umiestnite ju na dlaň

akvapkajte aspoň 3 kvapky roztoku SOLOCARE AQUA* na obe strany šošovky (obr.1)

mme pretrite šošovku na dlani krúživými pohybmi minimálne 10 sekúnd

oláchnite šošovku dôkladne so SOLOCARE AQUA* počas trenia šošovky súčasne medzi alcom a ukazovákom aspoň 10 sekúnd (obr.2)

ožte šošovku do púzdra a naplňte jednu stranu púzdra po rysku s čerstvým SOLOCARE AQUA*

ložte vrchnáčik a zatvorte púzdro

pakujte procedúru s druhou šošovkou

ONECHAJTE ŠOŠOVKY V ROZTOKU MINIMÁLNE 5 MINÚT

aše šošovky sú teraz pripravené k priamemu nasadeniu do očí

použitý roztok vylejte, opláchnite ho s čerstvým SOLOCARE AQUA* a zatvorte na ďalšie použitie

k kontaktné šošovky boli uložené v púzdre viac ako 30 dní pred nosením, vylejte roztok z púzdra a opakujte manuálnu procedúru čistenia na dlani a uložte šošovky na minimum 5 minút do čerstvého roztoku SOLOCARE AQUA*

indikácie (kedy nepoužívať)

používajte v prípade alergie na akúkoľvek zložku roztoku SOLOCARE AQUA* alebo ste alergický na striebro alebo iné kovy

- nikdy nepoužívajte SOLOCARE AQUA* na tepelnú dezinfekciu

Upozornenie
- Nepoužívajte po dátume expirácie.
- Výrobok sa nesmie používať, ak je bezpečnostný krúžok poškodený.
- Po každom použití fľašku uzavrite.
- PO OTVORENÍ FLAŠKY, SPOTREBUJTE ROZTOK DO 3 MESIACOV. 3M
- Ničím sa nedotýkajte hrotu kvapátka fľašky, mohlo by dôjsť ku kontaminácii roztoku.
- Vždy používajte nové púzdro dodané s každou fľaškou roztoku SOLOCARE AQUA*.
- Skladujte pri teplotách pod 25°C. 25°C
- Pred zmenou roztoku sa poraďte so svojím očným špecialistom.
- Akýkoľvek závažný incident, ku ktorému dôjde v súvislosti s pomôckou, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa používateľ a/alebo pacient nachádza.

Varovanie
- Vždy používajte čerstvý roztok SOLOCARE AQUA* - nikdy nepoužite znova ten istý roztok z púzdra dvakrát, účinnosť roztoku nie je už viac zaistená
- NIKDY nerieďte alebo nemiešajte SOLOCARE AQUA* s inými roztokmi, pretože tak zničíte jeho účinnosť
- NIKDY neprelievajte SOLOCARE AQUA* do iných fliaš.
- NIKDY nepriputite, aby sa kontaktné šošovky dostali do styku s nesterilnou vodou (vrátane vody z vodovodu), môže byť mikrobiologicky znečistená a to môže byť príčinou trvalého poškodenia očí.
- Vždy používajte zložky systému SOLOCARE AQUA* vrátane púzdra
- Uchovávajte mimo dosah detí.
- Pred používaním akýchkoľvek liekov spolu s kontaktnými šošovkami sa poraďte s očným lekárom alebo špecialistom v obore kontaktných šošoviek.

Nežiaduce reakcie
Pokiaľ pretrvávajú neprijemné pocity alebo dochádza k dráždeniu, vyberte šošovky, prestaňte prípravok používať a poraďte sa so svojím očným špecialistom.

MikroBlock® púzdro na šošovky
MicroBlock® antibakteriálne púzdro môže po čase zmeniť farbu, táto zmena farby neovplyvňuje anti-mikrobiálny účinok púzdra. SOLOCARE AQUA* je dostupný v baleniach 90 ml a 360 ml vrátane antibakteriálneho púzdra.

sl TA NAVODILA VSEBUJEJO POMEMBNE INFORMACIJE GLEDE UPORABE IN VARNOSTI IZDELKA,PROSIMO, DA JIH SKRBNO PREBERETE IN SHRANITE ZA BODOČO UPORABO. NEPRAVILNA UPORABA LAHKO POVZROČI RESNE TEŽAVE Z OČMI.

SOLOCARE AQUA* je enostrekleinična, večnamenska/dezinfekcijska raztopina , ki čisti, izpira, dezinficira, shranjuje, odstranjuje proteine in vlaži vse mehke kontaktne leče. Izotonična , vodna antimikrobna/antibakterijska* raztopina vsebuje: poliheksanid 0.0001% (aktivna učinkovina in konservans), HydroLock* (deksapantenol in sorbitol), natrijev fosfat, trometamin, poloksamer 407, dinatrijev edetat.

STERILE A Proizvedeno z aseptičnim postopkom. MicroBlock® antibakterijska posodica vsebuje srebro.
* aktivno proti očesnim patogenim bakterijam navedenih na ISO 14729

NAVODILA ZA UPORABO
1. **Umijte si roke in jih osušite s čisto brisačo.**
2. **Odprite posodico za leče.**
3. **Vzemite leče in jo dajte na dlan.**
4. **Na površino leče dajte vsaj 3 kapljice SOLOCARE AQUA* raztopine (glej sliko1).**
5. **S krožnimi gibi nežno masirajte lečo vsaj 10 sekund.**
6. **Lečo izperite s SOLOCARE AQUA* raztopino med drgnjenjem med palcem in kazalcem vsaj 10 sekund (glej sliko 2).**
7. **Lečo dajte v posodico in nalijte do oznake svežo raztopino SOLOCARE AQUA*.**
8. **Posodico zaprite s pokrovčkom.**
9. **Postopek ponovite z drugo lečo.**
10. **LEČE PUSTITE NAMAKATI VSAJ 5 MINUT.**
11. **Vaše leče lahko sedaj vstavite direktno v oči.**
12. **Uporabljeno raztopino iz posodice zavrzite, izperite s svežo SOLOCARE AQUA* raztopino in zaprite do naslednje uporabe.**
13. **V primeru, da so bile leče shranjene v raztopini več kot 30 dni, morate zavreči raztopino iz posodice in ponoviti ročni postopek čiščenja in dezinfekcije v raztopini SOLOCARE AQUA* za najmanj 5 minut, prede lahko leče ponovno nosite.**

KONTRAINDIKACIJE (razlogi zakaj ne uporabiti)
- Raztopine ne uporabljajte, če ste preobčutljivi na katerokoli sestavino ali alergični na srebro ali druge kovine.
- Raztopine SOLOCARE AQUA* nikoli ne uporabljajte za toplotno dezinfekcijo.

OPOZORILA
- Ne uporabljajte po preteku roka uporabe.
- Ne uporabiti, če je poškodovan varnostni obroč.
- Po uporabi steklenico zaprite.
- 3 MESECE PO ODPRTJU ZAVRZITE PREOSTALO RAZTOPINO. 3M
- Konica kapalke naj nikoli ne pride v stik s kakršnokoli površino, saj lahko pride do onesnaženja raztopine.
- Posodico za leče zamenjajte z vsako novo steklenico SOLOCARE AQUA*.
- Shranjujte pod 25 C. 25°C
- Pred zamenjavo raztopine se posvetujte s svojim očesnim strokovnjakom.
- O vseh resnih neželenih dogodkih, ki se zgodijo v povezavi z medicinskim pripomočkom, je treba poročati izdelovalcu in pristojnemu uradu v državi članici, v kateri je uporabnik in/ali pacient.

DODATNA OPOZORILA
- Vedno uporabite svežo SOLOCARE AQUA* raztopino-NIKOLI ne uporabite raztopine v posodici še enkrat, saj učinkovitost ni zagotovljena.
- NIKOLI ne uporabljate SOLOCARE AQUA* raztopine z drugo posodico.
- NIKOLI ne redčite ali mešajte SOLOCARE AQUA* z drugo raztopino, saj se delovanje izniči.
- NIKOLI NE DOVOLITE, DA PRIDEJO LEČE V STIK Z NESTERILNIMI TEKOČINAMI (VKLJUČNO VODOVODNO VODO ALI SLINO), SAJ LAHKO PRIDE DO MIKROBIOLOŠKE OKUŽBE, KI LAHKO PRIPELJE DO TRAJNE POŠKODBE OČI.
- VEDNO UPORABLJAJTE KOMPONENTE SISTEMA SOLOCARE AQUA*, VKLJUČNO S POSODICO ZA LEČE.
- SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM.
- Pred uporabo zdravil s kontaktnimi lečami se posvetujte z zdravnikom ali očesnim strokovnjakom.

NEZAŽELJENI UČINKI
Če čutite neprestano neudobje ali draženje, odstranite leče, prenehajte uporabljati proizvod in se posvetujte s svojim očesnim strokovnjakom.

MicroBlock® POSODICA ZA LEČE
MicroBlock® antibakterijska posodica za leče lahko sčasoma spremeni barvo, kar pa ne vpliva na njene antimikrobne lastnosti. SOLOCARE AQUA* je na voljo v 90 ml in 360 ml stekleničkah, vključno s kovčkom za leče.

pt LER CUIDADOSAMENTE AS INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E DE USO DO PRODUTO E GUARDÁ-LAS PARA REFERÊNCIA FUTURA. UM CUIDADO INCORRETO DAS LENTES DE CONTACTO PODERÁ CAUSAR PROBLEMAS GRAVES NOS OLHOS.

A SOLOCARE AQUA* é frasco com uma solução multiuso/desinfetante para todas as lentes de contato gelatinosas que limpa, enxagua, desinfeta, armazena, remove as proteínas e lubrifica. Solução isotónica, aquosa, antimicrobial/antibacteriana* que contém: poliexanida a 0,0001% (ingrediente ativo e conservante), HydroLock*(dexpantenol e sorbitol), fosfato de sódio, trometamina, poloxamero 407, edetato de dissódio.

STERILE A Processado por técnicas asséticas. A caixa s antibacteriana MicroBlock® contém prata.
*ativa contra germes de patogenias oculares, listados na ISO 14729.

INSTRUÇÕES DE USO
1. **Lavar as mãos e secá-las com uma toalha limpa**
2. **Abrir a caixa de lentes.**
3. **Remover a lente e colocá-la na palma da mão.**
4. **Aplicar pelo menos 3 gotas de SOLOCARE AQUA* em cada superfície da lente (ver a Figura 1)**
5. **Esfregar suavemente a lente com um movimento circular durante, pelo menos, 10 segundos.**
6. **Enxaguar a lente cuidadosamente com SOLOCARE AQUA*, esfregando-a suavemente entre o polegar e o indicador durante, pelo menos, 10 segundos (ver a Figura 2)**
7. **Colocar a lente na caixa de lentes e encher um lado até à linha com SOLOCARE AQUA*.**
8. **Voltar a colocar a tampa e rodar até fechar.**
9. **Repetir o procedimento com a outra lente.**
10. **DEIXAR AS SUAS LENTES MEGULHADAS DURANTE, PELO MENOS, 5 MINUTOS.**
11. **As suas lentes de contacto podem, agora, ser inseridas diretamente nos olhos.**
12. **Eliminar a solução da caixa de lentes, enxaguar com SOLOCARE AQUA* e fechar até à próxima utilização.**
13. **Se as lentes tiverem ficado armazenadas em SOLOCARE AQUA* durante mais de 30 dias antes do uso, deverá eliminar a solução da caixa, repetir o processo de limpeza manual e desinfetar as lentes em SOLOCARE AQUA* durante, pelo menos, 5 minutos antes de as usar.**

CONTRA-INDICAÇÕES (razões para não utilizar)
- Não utilizar se for sensível a qualquer um dos ingredientes, ou se for alérgico a prata ou outros metais.
- Nunca utilizar SOLOCARE AQUA* para desinfeção por calor.

PRECAUÇÕES
- Não utilizar após ter expirado a data de validade.
- Nunca utilize se o anel de segurança estiver danificado.
- Fechar a garrafa após a utilização.
- UMA VEZ ABERTO O FRASCO, ELIMINAR A SOLUÇÃO APÓS 3 MESES. 3M
- Nunca deverá tocar na ponta do conta-gotas do frasco em qualquer superfície, já que pode estar a contaminar a solução.
- Substituir a caixa de lentes para cada novo frasco de SOLOCARE AQUA*.
- Armazenar a uma temperatura inferior a 25°C 25°C
- Consultar o seu oftalmologista antes de mudar de solução.
- Todo incidente grave que ocorra em ligação com o dispositivo deverá ser objeto de uma notificação ao fabricante e à autoridade competente do Estado membro no qual o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

AVISOS
- Utilizar sempre uma nova solução SOLOCARE AQUA*- nunca deverá reutilizar, uma segunda vez,a solução na sua caixa de lentes, uma vez que já não será possível garantir eficácia.
- NUNCA transferir a solução SOLOCARE AQUA* para outro recipiente.
- NUNCA diluir ou misturar a solução SOLOCARE AQUA* com qualquer solução, uma vez poderá estar a reduzir o seu desempenho.
- NUNCAR PERMITIR QUE AS LENTES DE CONTACTO ENTREM EM CONTACTO COM LÍQUIDOS NÃO-ESTÉRILIZADOS (INCLUINDO ÁGUA DA TORNEIRA E SALIVA), UMA VEZ QUE PODERÁ OCORRER CONTAMINAÇÃO MICROBIANA, QUE PODERÁ LEVAR A UMA CONTAMINAÇÃO OCULAR.
- UTILIZAR SEMPRE OS COMPONENTES DO SISTEMA SOLOCARE AQUA*, INCLUINDO A CAIXA DE LENTES.
- MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- Consultar o seu oftalmologista ou profissional de oftalmologia antes de utilizar qualquer medicação com as lentes de contato.

REAÇÕES ADVERSAS
Se sentir desconforto ou irritação persistente, remover as lentes, parar de utilizar o produto e consultar o seu profissional de oftalmologista.

CAIXA DE LENTES MicroBlock®
O caixa de lentes antibacteriana MicroBlock® poderá descolorir um pouco ao longo do tempo; esta descoloração não afeta as propriedades antimicrobianas da caixa de lentes.
A solução SOLOCARE AQUA* está disponível em frascos de 90ml e 360ml, incluindo uma caixa de lentes descartáveis.

de WICHTIGE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM NACHLESEN AUFBEWAHREN. UNZULÄNGLICHE KONTAKTLINSENPFLEGE KANN ZU SCHWERWIEGENDE SCHÄDIGUNGEN DER AUGEN FÜHREN.

SOLOCARE AQUA* ist eine Einflaschen Multifunktions-/ Desinfektionslösung zum Reinigen, Abspülen, Desinfizieren, Aufbewahren, Entfernen von Proteinen und Benetzen aller weichen Kontaktlinsen. Die isotonische, wässrige, antimikrobielle/antibakterielle* Lösung enthält: Polyhexanide 0,0001 % (aktiver Bestandteil und Konservierungsmittel), Hydrolock* (Dexpanthenol und Sorbitol), Sodium Phosphate, Tromethamine, Poloxamer 407, Disodium Edetate.

STERILE A Hergestellt unter aseptischen Bedingungen. Der MicroBlock® antibakterielle Linsenbehälter enthält Silber.
*Wirksam gegen Keime und Mikroorganismen, gelistet ISO 14729.

GEBRAUCHSHINWEISE
1. **Waschen Sie bitte sorgfältig die Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch.**
2. **Öffnen Sie den Linsenbehälter.**
3. **Nehmen Sie die Kontaktlinse ab und legen Sie sie auf Ihre Handinnenfläche.**
4. **Geben Sie auf jede Seite der Kontaktlinse mindestens 3 Tropfen SOLOCARE AQUA* (siehe Abbildung 1).**
5. **Reiben Sie die Linse vorsichtig mit kreisenden Bewegungen mindestens 10 Sekunden lang.**
6. **Spülen Sie die Linse gründlich mit SOLOCARE AQUA* ab und reiben Sie sie dabei mindestens 10 Sekunden lang vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger (siehe Abbildung 2).**
7. **Legen Sie die Linse in den Linsenbehälter und füllen Sie eine Seite bis zur Fülllinie mit frischer SOLOCARE AQUA* Lösung.**
8. **Schraubkappe aufsetzen und fest schließen.**
9. **Wiederholen Sie die bisherigen Pflegeschritte mit der anderen Linse.**
10. **LASSEN SIE IHRE LINSEN MINDESTENS 5 MINUTEN IN DER LÖSUNG.**
11. **Ihre Linsen können jetzt direkt auf die Augen aufgesetzt werden.**
12. **Schütten Sie die Lösung aus dem Linsenbehälter, spülen Sie diesen mit frischer SOLOCARE AQUA* Lösung ab und schließen Sie ihn bis zum nächsten Gebrauch.**
13. **Wenn die Linsen vor dem Tragen länger als 30 Tage in SOLOCARE AQUA* aufbewahrt wurden, müssen Sie die Lösung aus dem Linsenbehälter schütten, den manuellen Reinigungsprozess wiederholen und die Linsen mindestens 5 Minuten in SOLOCARE AQUA* desinfizieren, bevor Sie sie wieder tragen.**

GEGENANZEIGEN (Gründe zur Nichtverwendung)
- Nicht verwenden, wenn Sie empfindlich auf einen der Inhaltsstoffe oder allergisch auf Silber oder andere Metalle reagieren.
- SOLOCARE AQUA* niemals zur thermischen Desinfektion verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- Bei beschädigtem Sicherheitsverschluss nicht erstmals anwenden.
- Flasche nach dem Gebrauch verschließen.
- GEÖFFNETE FLASCHE INNERHALB VON 3 MONATEN AUFBRAUCHEN. RESTLICHE LÖSUNG WEGGIEBEN. 3M
- Niemals die Tropferspitze der Flasche mit Oberflächen in Berührung bringen, dies könnte die Lösung verunreinigen.
- Tauschen Sie den Kontaktlinsenbehälter mit jeder neuen Flasche SOLOCARE AQUA* aus.
- Unter 25°C aufbewahren. 25°C
- Fragen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser, bevor Sie Lösungen wechseln.
- Sämtliche schweren Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt sind dem Hersteller und der zuständingen Behörde des Mitgliedsstaates mitzuteilen, in welchem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

WARNHINWEISE
- Verwenden Sie immer frische SOLOCARE AQUA* Lösung. Niemals Lösung in Ihrem Behälter ein zweites Mal verwenden, da diese nicht mehr wirksam ist.
- NIEMALS SOLOCARE AQUA* in ein anderes Behältnis umfüllen.
- NIEMALS SOLOCARE AQUA* verdünnen oder mit irgendeiner Lösung mixen, dies würde die Wirksamkeit zerstören.
- BRINGEN SIE NIEMALS IHRE KONTAKTLINSEN MIT UNSTERILEN FLÜSSIGKEITEN (EINSCHLIESSLICH LEITUNGSWASSER ODER SPEICHEL) IN VERBINDUNG, DA DADURCH EINE MIKROBIELLE VERUNREINIGUNG ERFOLGEN KANN, DIE ZU DAUERHAFTEN SCHÄDIGUNGEN AN DEN AUGEN FÜHREN KÖNNTE.
- VERWENDEN SIE IMMER DIE BESTANDTEILE DES SOLOCARE AQUA* SYSTEMS, EINSCHLIESSLICH DES LINSENBEHÄLTERS.
- FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.
- Bevor Sie irgendwelche Medikamente mit Ihren Kontaktlinsen verwenden, besprechen Sie dies mit Ihrem Augenarzt oder Kontaktlinsenanpasser.

HINWEIS
Sollten länger andauernde Unverträglichkeiten oder Reizungen auftreten, entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser auf.

MicroBlock® LINSENBEHÄLTER
Mit der Zeit kann es beim MicroBlock® antibakteriellen Linsenbehälter zu leichten Farbveränderungen kommen. Dies beeinträchtigt nicht die antimikrobiellen Eigenschaften des Linsenbehälters.
SOLOCARE AQUA* ist erhältlich in 90 ml, 360 ml Flaschen, einschließlich Austauschbehälter

SOLOCARE AQUA, MicroBlock, HydroLock are registered trademarks of Novartis AG.

Datum revize/Date of Preparation/Valmistamise kuupäev/Date de réalisation/Készült/
Datum van voorbereiding/Data przygotowania/Dátum revízie / Datum priprave /
Data da preparação/Stand : 2021-02

MD Zdravotnická pomůcka / Medical device / Meditsiiniseade / Dispositif médical / Orvostechnikai berendezés / Medisch hulpmiddel / Wyrób medyczny / Zdravotnicka pomôcka / Medicinski pripomoček / Dispositivo médico / Medizinprodukt

Menicon Co., Ltd.
3-21-19, Aoi, Naka-ku,
Nagoya, 460-0006 Japan
© 2016, Menicon Co., Ltd.
www.menicon.com

CE 0483 2014

EC REP **Menicon Pharma SAS**
Boulevard Sébastien Brant - Parc d'Innovation -
67400 Illkirch-Graffenstaden, France

STERILE A

Menicon

6157/05-1